

«Утверждаю»  
И.о. Главного врача  
ГБУЗ Омской области  
«Областная клиническая больница»  
*С.И. Ситников*  
5 июля 2006г.  
г. Омск

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам апробации  
Стерилизатора-озонового «ОРИОН-СИ» со стерилизационной камерой СК-85

На апробацию был представлен стерилизатор озоновый «ОРИОН –СИ» с стерилизационной камерой объемом 85литров, с комплектом сопроводительных и сертифицирующих инструментов.

Апробация стерилизатора производилась в условиях операционного блока Областной клинической больницы в соответствии с требованиями инструкции по работе с документами по испытаниям медицинских изделий.

С 19.06.06 по 05.07.06 стерилизатор был использован для стерилизации эндоскопического инструментария.

Трехкратное бактериологическое исследование не выявило нестандартных проб, инструменты стерильны.

Оборудование удобно в эксплуатации, время стерилизации сокращено по сравнению с традиционно используемыми методиками, что дает возможность для увеличения оперативной активности.

Сопроводительные документы представлены в составе:

- «Стерилизатор озоновый «Орион», на 12 листах;
- «Озонатор ОП-М «ОРИОН-СИ». Руководство по эксплуатации, на 3листах;
- «ПАМЯТКА по обслуживанию стерилизационной камеры», на 1 листе;
- Методические рекомендации «Озоновые технологии в медицине с использованием аппаратуры производства ООО«Орион-СИ», на 50листах.

Сертифицирующие документы включают:

-Санитарно-эпидемиологическое заключение федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №77.99.34.9444Д.009101.12.05 от 28.12.2005г. Действительно до 28.12.2010г.;

-Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития №ФС 022а2005/1673-05 от 25.04.2005. Действительно до 25 апреля 2010г.

-Сертификат соответствия №РОСС RU ИМ02В12772. Срок действия с 11.05.2005г. по 11.05.2008г.

Сопроводительная документация составлена в достаточно полном объеме и позволяет обеспечить эксплуатацию оборудования средним медицинским персоналом.

Считаем целесообразным внедрение стерилизатора «ОЗОН-СИ» для стерилизации эндоскопического инструментария и других медицинских инструментов.

Заведующая отделением

Старшая операционная сестра

*Д.И. Козульшина*  
Д.И. Козульшина

